



**INNOWACYJNA
GOSPODARKA**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
„Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej”
„Nowe barwniki funkcjonalne do zastosowań w dwufotonowej mikroskopii fluorescencyjnej oraz w blokowaniu optycznym”

Znak sprawy: ZP-2401-17/10

Warszawa, 01.09.2010 r.

Dnia 30.08.2010 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

„Dotyczy Przetarg na dostawę pomp próżniowych kod CPV: 42122450-9 pompy próżniowe

Uprzejmie proszę o informacje czy dopuszcza się pompę próżniową o wymiarach większych niż podane w parametrach wymaganych w części I, wymiary te to: 410x150x220 mm.

Proponowana przez nas pompa ma wymiary 429x158x267 mm.

Pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami.”

Tak. Zamawiający dopuszcza pompę o podanych wymiarach.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pojemność zbiornika na olej wynosiła od 0,34-0,73 l. Mniejszy zbiornik nie wpływa na jakość pompy, a ma wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji.

Tak. Zamawiający dopuszcza pojemność zbiornika na olej 0,34-0,73l.

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie pomp, które nie są wyposażone w zestaw umożliwiający powrót skroplonego oleju z powrotem do pompy poprzez zawór balastu gazowego. Producent zrezygnował z takiego rozwiązania z obawy o zanieczyszczenie i mniejszą żywotność pompy.

Nie. Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania przez pompę zestawu umożliwiającego powrót skroplonego oleju z powrotem do pompy. Rozwiązanie to nie ma wpływu na zanieczyszczenie pompy, natomiast ogranicza zużycie oleju przez co czyni pompę bardziej wydajną. Ponadto, rozwiązanie to pozwala uniknąć przedostawania się szkodliwych oparów oleju do pomieszczenia laboratoryjnego oraz jego zanieczyszczenia.

Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia wykonawcy. Zwracamy się z prośbą o zaakceptowanie wykazania przez wykonawcę 2 dostaw o łącznej wartości nie mniejszej niż wartość przedłożonej oferty, ale realizowanej w zakresie sprzętu laboratoryjnego (odpowiednio dla każdej z części zamówienia).

Zamawiający nie wyraża zgody. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią Wykonawcy, którzy wykażą się zrealizowaniem dostaw pomp próżniowych zgodnie z opisem poszczególnych części zamówienia o wartości nie mniejszej niż zaproponowana w ofercie Wykonawcy (dotyczy odpowiednio każdej z części zamówienia).

Z-ca DYREKTORA INSTYTUTU
d/s ogólnych
P. Lipkowski
dr Piotr Lipkowski