

**Warszawa: Dostawa zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie**  
**Numer ogłoszenia: 282877 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010**  
**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 305832 - 2010r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 343 20 00, faks 22 6326681.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: państwowa placówka naukowa.

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii dla Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do badań wysokociśnieniowych w chemii a także przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi urządzenia. W skład zestawu powinny wchodzić: - komora wysokociśnieniowa; - prasa hydrauliczna; - zasilacz hydrauliczny; - komplet węży hydraulicznych, zaślepek, korków, uszczelek itp. Kompletny zestaw musi być gotowy do pracy w momencie przekazania Zamawiającemu. Dostarczony zestaw musi spełniać wymagania nie gorsze niż: Komora wysokociśnieniowa - komora dwupłaszczowa typu tłok-cylinder, wykonana ze stali odpornej chemicznie np. 45HNMF; - ciśnienie pracy 1300 MPa; - temperatura pracy: 20°C - 100°C; - objętość komory: 25-35 ml; - płaszcz grzejny umożliwiający podłączenie termostatu; - zestaw uszczelek do 50 cykli ciśnieniowych; - pięć ampułek teflonowych o objętości 5-10 ml. Prasa hydrauliczna - prasa trójkolumnowa; - siła maks. 350 kN; - ciśnienie hydrauliczne 40 MPa. Zasilacz hydrauliczny - ciśnienie 40 MPa - wydajność 0,06 - 0,4 litr/min, regulacja elektroniczna; - przetwornik ciśnienia 60 MPa, 0.5% + kontroler mikroprocesorowy z funkcją wyboru ciśnienia maksymalnego - hydrauliczny

zawór bezpieczeństwa - zasilanie 230 - 240 V Zasilacz powinien umożliwiać regulację szybkości wzrostu ciśnienia.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 44.61.50.00-4, 42.63.61.00-4.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Zamówienie z wolnej ręki

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Tytuł projektu: Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodane Nr POIG.01.01.02-14-102/09.

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 06.10.2010.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 148551,63 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 46096,50
- **Oferta z najniższą ceną:** 46096,50 / **Oferta z najwyższą ceną:** 46096,50
- **Waluta:** EUR.

### **ZAŁĄCZNIK I**

**Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę**

- **1. Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

- **2. Uzasadnienia wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W dwóch kolejno przeprowadzonych postępowaniach w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta. Warunki zamówienia nie zostały w znaczący sposób zmienione

Z-ca DYREKTORA INSTYTUTU  
d/s ogólnych  
*P.L.*  
dr Piotr Lipkowski