



**INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK**

01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 022 631 87 88, fax:022 632 66 81

dr Piotr Lipkowski
Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych

Warszawa, dnia 15.11.2010r.

Znak sprawy: ZP-2401-22/10

Dnia 12 listopada 2010 roku do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści mieszadła magnetyczne o objętości mieszania 10 litrów?

Nie.

2. Czy Zamawiający dopuści mieszadła magnetyczne o prędkości mieszania do 1600 obr/min?

Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści mieszadła magnetyczne o płycie grzejnej wykonanej z Ceranu?

Nie.

4. Czy Zamawiający dopuści mieszadła magnetyczne nie posiadające klasy bezpieczeństwa IP 42?

Nie.

Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje pozostałe wymagania określone w SIWZ.

Z-ca DYREKTORA INSTYTUTU
d/s ogólnych
P.L.K.
dr Piotr Lipkowski