



INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 022 631 87 88, fax: 022 632 66 81

Prof. Witold Danikiewicz
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Warszawa, dnia 01.08.2017r.

Znak sprawy: EGM-231-623/17

W dniu 31.07.2017 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty przez podmiot na sprzęt posiadający następujące parametry techniczne:

1. Piec o szybkości narostu temperatury 120°C/min; piec z możliwością chodzenia z 450°C do 50°C w czasie < 4 min,
2. Dozownik SSL z programowalną temperaturą w zakresie do 450°C,
3. Autosampler z możliwością programowalnej szybkości nastrzyku w 2 stopniach,
4. Autosampler nie posiadający możliwości dozowania na dwa dozowniki sekwencyjnie bez konieczności przestawiania wieży podajnika w przypadku rozbudowy systemu o dodatkowy dozownik.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty przez podmiot na sprzęt posiadający wyżej wymienione parametry techniczne.

Z poważaniem,

Z-ca DYREKTORA INSTYTUTU
ds. naukowych


prof. Witold Danikiewicz