



**INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK**

01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, tel. 022 631 87 88, fax: 022 632 66 81

dr Piotr Lipkowski
Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych

Warszawa, dnia 30.04.2015r.

Znak sprawy: EGM-231-280/15

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie informuje, iż w odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie do Instytutu wpłynęły następujące oferty na zakup aparatury do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z gradientem po stronie wysokiego ciśnienia, od 5 firm:

- 1) A.G.A Analytical
- 2) Genore Chromatografia
- 3) Knauer Polska
- 4) Shim-Pol
 - a) w opcji z gradientem po stronie niskiego ciśnienia
 - b) w opcji z gradientem po stronie wysokiego ciśnienia
- 5) Polygen Sp. Z o.o. w wariacie tańszym oraz droższym

Oferta 4a nie spełnia wymagań technicznych określonych w ogłoszeniu, natomiast oferty 3, 4b oraz 5 przekraczają możliwości finansowe przewidziane w projekcie na zakup w/w urządzenia.

Oferty 1 oraz 2 opiewają na podobne sumy, które mieszczą się w granicach środków przewidzianych w projekcie. Firma Genore zaoferowała dwukanałowy detektor UV/VIS, zawór nastrzykowy 1/8", pojedynczy 14-portowy selektor oraz dodatkowo pakiet kolumn. Natomiast firma A.G.A Analytica zaoferowała pompę preparatywną o nieco lepszych parametrach, ale 1-kanałowy detektor. Oferta nie zawiera również selektora ani kolumn chromatograficznych.

W związku z powyższym Instytut wybiera ofertę nr 2 firmy Genore Chromatografia, jako najkorzystniejszą, i temu Wykonawcy udzieli zamówienia publicznego.

Z-ca DYREKTORA INSTYTUTU
ds. Ogólnych

dr Piotr Lipkowski