



Warszawa, dn. 30 września 2021 r.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Tytuł postępowania:	Dostawa rotacyjnej wyparki próżniowej z łaźnia wodno-olejową podłączonej do systemu próżniowego.
Znak sprawy:	ZP-2401-9/21
Zamawiający:	Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
Tryb udzielenia zamówienia:	Tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.)

Do wszystkich Wykonawców,

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z przedmiotowym postępowaniem, na wskazany w postępowaniu adres e-mail, wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytania, jak również treść udzielonej odpowiedzi:

Pytanie:

„Prosimy o doprecyzowanie czy wyparka ma być wyposażona w panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 5”, umożliwiającym: regulację prędkości obrotowej, regulację temperatury łaźni, regulację ciśnienia. Wyświetlania aktualnej i nastawionej wartości parametrów, ciśnienia, obrotów i temperatury. Bibliotekę parametrów procesu dla różnych rozpuszczalników, możliwość definiowania własnych parametrów procesu z możliwością transferu na USB.”

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wyparka była wyposażona w panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 5”, umożliwiającym: regulację prędkości obrotowej, regulację temperatury łaźni, regulację ciśnienia, wyświetlania aktualnej i nastawionej wartości parametrów, ciśnienia, obrotów i temperatury oraz bibliotekę



parametrów procesu dla różnych rozpuszczalników z możliwością definiowania własnych parametrów procesu i transferu na USB.

Jednocześnie informuje, iż w związku ze zmianą opisu przedmiotu zamówienia, skutkującą zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, zostaną zamieszczone nowe załączniki:

- ZP-2401-9_21 - SWZ SOPZ (aktualizacja z dn. 30.09.2021r);
- ZP-2401-9_21 - Zał. Nr 1 do SWZ - SOPZ (aktualizacja z dn. 30.09.2021r);
- ZP-2401-9_21 - Zał. Nr 3 do SWZ - Tabela zgodności (aktualizacja z dn. 30.09.2021r).

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia: **06.10.2020 r. do 12:00.**

Otwarcie ofert nastąpi dnia: **06.10.2020 r. do 12:10.**

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia: **04.11.2021r.**